

Тест-система «Подтверждение на волчаночные антикоагулянты» / DRVVT Confirm, кат. № 5485

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, волчаночные антикоагулянты

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	волчаночные антикоагулянты
Назначение	подтверждение волчаночных антикоагулянтов
Фасовка	тестовый реагент – 10 шт. × 1 мл

Описание

Тест-система «**Подтверждение на волчаночные антикоагулянты**» / DRVVT Confirm предназначена для использования совместно с тест-системой «Скрининг на волчаночные антикоагулянты для разграничения между волчаночными антикоагулянтами, дефицитами факторов (II, V или X) или другими ингибиторами. Если клоттинговое время проб пациента при процедуре DRVVT-скрининг более чем на 3 стандартных отклонения выше среднего нормального диапазона, может присутствовать волчаночный антикоагулянт. В данных условиях пробы должны быть проверены повторно с использованием реагента DRVVT-подтверждение. Увеличенная концентрация фосфолипида в данном реагенте предназначена для нейтрализации волчаночных антикоагулянтов.

Основные характеристики:

- простые и надежные в использовании однокомпонентные реагенты;
- использование на автоматических и полуавтоматических анализаторах;
- отсутствие чувствительности к гепарину до 1 МЕ/мл;
- рекомендованный метод ВОЗ и Международным Научным Обществом Тромбоза и Гемостаза (ISTH).