

Тест-система «Резистентность к активированному протеину С» / PCA Ratio, кат. № 5546

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, другое

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	другое
Назначение	определение резистентности к активированному протеину С
Фасовка	- тест-система «Дефицитная плазма по V фактору» – 4 шт. × 2 мл - тестовый реагент АЧТВ – 2 шт. × 2 мл - АПТВ Реагент с активированным протеином С (содержит яд гадюки Рассела) – 2 шт. × 2 мл - плазма, резистентная к активированному протеину С – 1 шт. × 0.5 мл - хлорид кальция (0.025M) – 2 шт. × 8 мл

Описание

Тест-система «Резистентность к активированному протеину С» / PCA Ratio клоттинговый тест, используемый для определения резистентности к активированному протеину С, вызванной мутацией фактора V Лейдена.

Основные характеристики:

- активирует эндогенный протеин С (используя Protac®);
- отличное разграничение между образцами, резистентными к активированному протеину и нормальными;
- превосходное разграничение результатов в сравнении с традиционными методами определения резистентности к активированному протеину С;
- совместимость с любыми приборами, выполняющими анализ АЧТВ;
- нейтрализует вмешательство волчанки и гепарина.