Установка ультразвуковая моечная DGM-QX-1200

ФСЗ 2011/10223

объем 60 л, время обработки 1-60 мин, УЗ частота 40 кГц, размеры 600×250×400 (каждой камеры), 1400×600×850 (оборудования) мм

SMS Sp.z.o.o., Польша



Характеристики

Объем	60 л
Мощность ультразвука	1000 Вт
Мощность нагрева	1600 Вт
Время обработки	1-60 мин
Рабочая ультразвуковая частота	40 кГц
Размеры	600×250×400 (каждой камеры), 1400×600×850 (оборудования) мм
Масса	85 кг

Дополнительные характеристики

Установка ультразвуковая моечная DGM-QX-1200 предназначена для очистки хирургических инструментов, лабораторной посуды и других медицинских инструментов и принадлежностей (в ЦСО и локальных стерилизационных отделениях, лабораториях и т.п.).