Тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой (дыхательный метод)

ФСР 2010/07907

тестируемый параметр Helicobacter pylori,
анализируемый материал выдыхаемый воздух

Ассоциация Медицины и Аналитики ООО, Россия



Характеристики

Исследуемый параметр	Helicobacter pylori
Анализируемый материал	выдыхаемый воздух

Дополнительные характеристики

Тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой – устройство состоящее из одноразовой индикаторной трубки и компрессора многоразового использования. Продолжительность обследования составляет 15 минут.