
# Тест-система ХЕЛПИЛ БЛАНК для экспресс-диагностики хеликобактериоза

ФСР 2007/00378

тестируемый параметр Helicobacter pylori,
анализируемый материал биоптат, тестов 1 шт.

Ассоциация Медицины и Аналитики ООО, Россия



## Характеристики

| | |
|---|---|
| Исследуемый параметр | Helicobacter pylori |
| Анализируемый материал | биоптат |
| Количество тестов | 1 шт. |

## Дополнительные характеристики

В ходе обследования может быть использован следующий биоматериал:
1) биоптат антрального отдела желудка;
2) биоптат тела желудка;
3) биоптат луковицы двенадцатиперстной кишки.
Биоптат, полученный в ходе ФГДС, помещается на поверхность индикаторного диска тест-системы и вызывает сложную химическую реакцию. В результате, в течение трех минут, диск может поменять цвет на синий, что свидетельствует о высокой уреазной активности биоптата.